

*Guacci informa*

**Circolare n.21 del 28/02/2026**

**AVVISO IMPORTANTE**  
**RITIRO LOTTI**



CONVATEC: Richiamo sacche ESTEEM BODY

Convatec dispone il richiamo di alcuni lotti dei seguenti prodotti, per un difetto di fabbricazione nella parte terminale della sacca, che potrebbe provocare lievi irritazioni:

987652423      ESTEEM BODY FO AP 4MM OP10-35  
Lotti ritirati: **5J02728**

-----  
987652435      ESTEEM BODY FO AP 4MM OP10-45  
Lotti ritirati: **5K00011, 5K00714, 5K05142, 5K05417, 5K05418**

-----  
987652447      ESTEEM BODY FO AP 4MM OP10-55  
Lotti ritirati: **5K04906**

-----  
987652450      ESTEEM BODY FO AP 4MM TR10-55  
Lotti ritirati: **5M02908**

-----  
987652474      ESTEEM BODY FO AP 7MM OP10-35  
Lotti ritirati: **5J03908**

**FARMADATI ITALIA srl**

E-mail: [ddf@farmadati.it](mailto:ddf@farmadati.it) - Web: [www.farmadati.it](http://www.farmadati.it)

Via S. Francesco, 8 - 29121 Piacenza - Tel +39 0523 336933 - Fax +39 0523 335391

C.C.I.A.A. PC n. 132067 - Reg. Soc. Trib. PC n. 14832 - Cod. Fisc. e P.IVA 01169830336

